


Принадлежащее
ООО "Промприбор" ИНН 6732024794

наименование юридического (физического) лица, ИНН

метрологические характеристики



Поверитель

З.В. Иньшина - З.В. Иньшина

подпись

инициалы, фамилия

Дата поверки 05 марта 2018 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Смоленский ЦСМ")

регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.311305

свидетельство о поверке № 601/214

Действительно до 04 марта 2019 г.

Средство измерений

Секундомер электронный с таймерным выходом, СТЦ-2М,

Госреестр № 65349-16

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном фонде по обеспечению единства измерений

если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если, такие серия и номер имеются)

заводской номер 0080218

поверено в соответствии с методикой поверки

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с

"Секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ-2М. Методика поверки" 433-126-2016МП

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

Государственный эталон единицы времени и частоты в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-1}$ до $3 \cdot 10^8$ Гц ЧЗ-54 № 508641 ПГ $\pm 5 \cdot 10^{-7}$ 3.1.ZBЧ.0132.2013.

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

температура 19 °С; атмосферное давление 731 мм рт.ст.; относительная влажность 51 %

приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений


и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки

Начальник СП ЭМРТИ



№ поверки 155559

 М.Н. Князева

подпись инициалы, фамилия

 З.В. Иньшина

подпись инициалы, фамилия

Дата поверки 05 марта 2018 г.